


放射能分析結果報告書

NCA - 1890
平成24年 5 月 22 日

株式会社 蔵屋鳴沢 殿

株式会社 理研分析
〒997-0013 山形県鶴岡市道形町18-17
TEL 0235-24-4427 FAX 0235-24-4429
ホームページ : <http://riken-ac.com/>
お問い合わせ : cs_div@riken-ac.com

試験の結果を下記のとおり報告します。

1 試料の名称等

件名	放射能分析
分析項目	ゲルマニウム半導体γ線スペクトロメリーによる ¹³¹ I、 ¹³⁴ Cs及び ¹³⁷ Csの測定
試料名	新茶みどりのしずく
試料採取情報	静岡県産
試料採取日	平成24年 5 月 18 日
分析日	平成24年 5 月 21 日
特記事項	飲用抽出茶

2 測定結果

上記試料について測定した結果は以下のとおりです。

核種	結果	検出下限
ヨウ素-131	検出下限値以下	0.82 Bq/kg
セシウム-134	検出下限値以下	0.84 Bq/kg
セシウム-137	1.4 Bq/kg	0.68 Bq/kg

注1) 結果については、指定なき場合減衰補正を行わない結果である。

注2) 測定機器:ゲルマニウム半導体検出器 ORTEC 社製 GEM 45-76